Cama
B-218P

los pinos
Mejora tu Vida

Manual de Instalación : **Manual de Usuario** : **Manual de Servicios**

los pinos
Mejora tu Vida

Contenido

Presentación 4

Símbolos 5

Manual de Instalación 6
- **1. Condiciones de Uso** 7
  - **1.1.** Aclaraciones 7
  - **1.2.** Presentación del Producto 7
- **2. Descripción** 8
  - **2.1.** Partes Generales 8
  - **2.2.** Especificaciones Técnicas 9

Manual de Usuario 10
- **3. Funciones Básicas** 11
  - **3.1.** Operación de la Cama 11
  - **3.2.** Barandas 12

Manual de Servicio 13
- **4. Limpieza** 14
  - **4.1.** Recomendaciones de Seguridad 14
  - **4.2.** Limpieza y Desinfección 14

Presentación

Felicitaciones el producto que acaba de adquirir cuenta con el desarrollo más completo de las especificaciones técnicas del mercado, con el fin de dar un mayor servicio a los usuarios de nuestros productos.

Las exigencias de la compañía para garantizar productos con una mayor fiabilidad y garantía en cuidados médicos, hacen para Industrias Metálicas Los Pinos S.A. un reto el día a día, reto que asumimos con convicción y alegría pensando en nuestros clientes.

Nuestros productos están diseñados para cumplir con todos los requisitos de funcionalidad y calidad del mercado, además cuenta con el servicio técnico y la garantía de Los Pinos; gracias a lo anterior usted puede disfrutar de nuestros productos tranquilamente.

Agradecemos la confianza que ha depositado en nuestro trabajo, seguros de que este producto llena todas sus expectativas en cuanto a funcionalidad, calidad y servicio se refiere.

Le recomendamos leer completamente la información contenida en el presente manual antes de comenzar la operación del equipo.

Símbolos

¡Atención!
Consultar Documentos de Acompañamiento

Riesgo de Pinzamiento

Equipo Tipo B



Límite de Apilamiento

Abrir con Cuidado

Lado Hacia Arriba

Manejar con Cuidado

Frágil

Protéjase de la Humedad

Reciclar

Para Tener en Cuenta

No Usar Ganchos

Mantener Vertical

Límite de Temperaturas

Placa de Identificación de la Cama

Compatibilidad Electromagnética

Colchones Incompatibles Riesgosos

los pinos
Mejora tu Vida

Manual de Instalación

1. Condiciones de Uso

1.1. Aclaraciones

Este manual contiene la información necesaria para la instalación, uso y manejo de la **Cama B-218 P** - **Los Pinos**.
Estas camas presentan múltiples opciones para ofrecer una configuración óptima a los pedidos del paciente por lo tanto se debe tener en cuenta las características y los posibles accesorios.

1.2. Presentación del Producto

La cama B-218P para uso hospitalario en entornos de aplicación 2 y 3 (Cuidados posquirúrgicos, pediátricos, ambulatorios, entre otros que requieran permanecer en un establecimiento médico con supervisión constante de personal capacitado). Busca complementar los servicios médicos con un sistema cómodo y versátil para la recuperación del paciente en cualquier lugar que requiera de una cama de hospital.

El producto consta de movimientos como: Cambio de posición del espaldar, entre otros buscando facilitar los cuidados médicos del usuario.

El uso del producto para funciones que no estén especificadas en este manual genera la pérdida de la garantía.

2. Descripción

2.1. Partes Generales

Partes aplicables, las partes que tienen constante contacto con el paciente son:

- **A. Tablero Cabecero**
- **B. Sección Espaldar**
- **C. Sección Pies**
- **D. Tablero Piecero**
- **E. Barandas Abatibles**
- **F. Ruedas**
- **G. Manivelas**

Peso de Paciente	Carga Estática
120kg	240kg

Estructura
Está fabricada en acero al carbono y con acabado en pintura epóxica con aplicación electrostática libre de plomo.

Superficie
De cuatro planos, uno fijo y tres moviles en acero con acabado en pintura elestrostática.

Barandas
La Cama B-218P cuenta con 2 barandas de seguridad abatibles fabricadas en acero. Con accionador de bloqueo con dos posiciones (arriba/abajo).
- Tipo corral con barrotes verticales.
- Desplazamiento vertical a través de riel ubicado en los tableros cabecero y piecero.

Movimientos
Son accionados por tensores manuales:
- Levante de Espaldar (Fowler)
- Quiebre de Rodilla

Ruedas
Dotada con cuatro (4) ruedas de 5”, en caucho, libres de mantenimiento, cada una con freno individual.

Receptáculos para Atril
La cama cuenta con dos (2) receptáculos laterales para ubicar el atril.

Atril Porta Suero
La cama cuenta con un atril porta suero de doble servicio, fabricado e tubería de acero con acabado cromado.

Largo Externo	160cm +/- 1cm
Ancho Externo	76cm +/- 1cm
Largo Interno	150cm +/- 1cm
Ancho Interno	65cm +/- 1cm
Altura del Piso al Tendido	65cm +/- 1cm

los pinos
Mejora tu Vida

Manual de Usuario

3. Funciones Básicas

3.1. Operación de la Cama

La cama B-218P posee un sistema de funcionamiento manual para espaldar y piecero facilitando las labores del personal médico y asistencial. El sistema de la cama opera mediante una manivelas, ubicadas en el piecero de la cama.

Manivela 1

Ascenso / Descenso Espaldar

Gire la manivela hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que el espaldar alcance la altura deseada.

Manivela 2

Ascenso / Descenso Pies

Gire la manivela hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que el piecero alcance la altura deseada.

3.2. Barandas

Las barandas permiten el desplazamiento vertical en ambos lados de la cuna. Retire los ganchos de seguro ubicados en los extremos laterales superiores de las barandas. Debe retirar ambos ganchos al tiempo para bajar la baranda.

Para subirla, suba la baranda hasta que sobrepase ambos ganchos de seguro. Verifique que la baranda quedó firme.

los pinos
Mejora tu Vida

Manual de Servicio

4. Limpieza

4.1. Recomendaciones de Seguridad

- Accione los frenos y asegurese que la cama no se mueva.
- No utilice lavado a vapor o a presión.
- No use agua a mas de 60° C.
- Evite el exceso de humedad.

4.2. Limpieza y Desinfección

Las recomendaciones siguientes no reemplazan las empleadas generalmente por el hospital para la desinfección, solo queremos dar una pauta para prolongar la vida útil de la silla.

- Por ningún motivo deje las superficies húmedas, después de realizar la limpieza.
- Los productos de limpieza utilizados deben se empleados en la forma y dosis de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- No utilice solventes de ninguna clase para la limpieza de la cama.
- No utilice paños o cualquier superficie abrasiva.
- No emplee materiales abrasivos de limpieza para colchones.

Indicaciones Preliminares

Para iniciar el proceso de limpieza de las camas debe asegurarse:
La cama se encuentre disponible, sin paciente.

Ruedas Plásticas

La limpieza de estas ruedas solo requiere un trapo semihúmedo para retirar las partículas de polvo.

Se recomienda la lubricación de bisagras en barandas y tendidos con lubricantes de baja densidad, por lo menos cada 6 meses o de acuerdo al uso de la cama.

los pinos
Mejora tu Vida

los pinos
Mejora tu Vida

Industrias Metálicas Los Pinos S.A

PBX: (+57) 604 372 3031

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 180 654

Calle 67B #45A - 82, Itagüí - Colombia

info@lospinos-sa.com | www.lospinos.com.co

Nos reservamos el derecho de efectuar cambios sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La garantía otorgada por Industrias Metálicas Los Pinos es la garantía expresa escrita concedida con la venta de productos.